IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

DISPOSIZIONE N. **87**

DI DATA: **29/07/2024**

OGGETTO: **196 QUANTUM - ATTREZZATURE SCIENTIFICHE - FORNITURA DI 1 ULTRACONGELATORE -150°C E DI 2 ASPIRATORI VAS-10 PER LABORATORIO LAGE - ORDINE RIT24030I**

CUP J95F21002820001
CIG B2A02ADBAD

☑ Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☐ non comporta impegno di spesa

☑ impegno 1203/24

☐ accertamento

Firmato digitalmente da ELENA POTOCCO

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- la propria disposizione n. 30 di data 24 marzo 2023, con la quale Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste (di seguito denominato Area Science Park o l'Amministrazione) che ha approvato e disposto la pubblicazione n. 5 indagini di mercato finalizzate all'individuazione dei potenziali fornitori delle strumentazioni necessarie all'allestimento di una nuova stazione sperimentale per le colture cellulari BSL2 presso il laboratorio LAGE del campus di Basovizza, fra cui anche l'indagine di mercato per la fornitura di n. 2 sistemi di aspirazione liquidi - Fornitura 4);
- la propria disposizione n. 33 di data 5 aprile 2023, con la quale Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste ha approvato e disposto la pubblicazione n. 4 indagini di mercato finalizzate all'individuazione dei potenziali fornitori delle strumentazioni necessarie all'allestimento di una nuova stazione sperimentale per le colture cellulari BSL2 presso il laboratorio LAGE del campus di Basovizza, fra cui anche l'indagine di mercato per la fornitura di n. 1 - Contenitore criobiologico ad azoto liquido - Fornitura d);
- la relazione istruttoria effettuata dal RUP in merito alle manifestazioni di interesse pervenute per la fornitura di n. 2 sistemi di aspirazione liquidi - Fornitura 4, conservata agli atti dell'Amministrazione;
- la relazione istruttoria effettuata dal RUP in merito alle manifestazioni di interesse pervenute per la fornitura di n. 1 - Contenitore criobiologico ad azoto liquido - Fornitura d), conservata agli atti dell'Amministrazione;

PRESO ATTO

- che all'esito dell'indagine di mercato per la fornitura di n. 2 sistemi di aspirazione liquidi - Fornitura 4) - hanno manifestato interesse alla procedura cinque soggetti, di cui due in possesso dei requisiti richiesti;
- che all'esito dell'indagine di mercato per la fornitura di n. 1 - Contenitore criobiologico ad azoto liquido - Fornitura d), hanno manifestato interesse alla procedura cinque soggetti, di cui due in possesso dei requisiti richiesti;
- che in data 26 luglio 2023 è stato richiesto un preventivo di offerta ai due operatori in possesso dei requisiti per la fornitura di n. 2 sistemi di aspirazione liquidi - Fornitura 4) e che nel termine indicato per il riscontro nessuno dei due operatori ha presentato il proprio preventivo;
- che in data 26 luglio 2023 è stato richiesto un preventivo di offerta ai due operatori in possesso dei requisiti per la fornitura di n. 1 - Contenitore criobiologico ad azoto liquido;
- che in data 31/08/2023 per la stessa fornitura è stata concessa una proroga per la presentazione delle offerte;
- che con comunicazione di data 18/09/ 2023 è stata comunicata la possibilità di richiedere un sopralluogo, nonché la proroga a successiva data, ad oggi non ancora individuata per la presentazione dei preventivi di offerta;

- e che nel termine indicato per il riscontro nessuno dei due operatori ha presentato il proprio preventivo;
- che in data 27 ottobre 2023 è stato nuovamente richiesto un preventivo di offerta ai due operatori economici in possesso dei requisiti, con scadenza di presentazione al 1° dicembre 2023;

DATO ATTO che con comunicazione di data 6 marzo 2024 è stato comunicato agli operatori economici che, in considerazione alle mutate esigenze di fornitura e di stoccaggio relative all'allestimento della stanza cellule del laboratorio LAGE, anche tenuto conto del tempo trascorso nelle more della procedura di appalto, l'Amministrazione ha ritenuto necessario procedere all'annullamento della procedura di affidamento della fornitura di n. 1 - Contenitore criobiologico ad azoto liquido – Fornitura 4), come previsto all'art. 8 dell'avviso di indagine di mercato;

CONSIDERATO che alla luce delle nuove esigenze, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno fornirsi di un Kit criogenico per biologia cellulare composto da n° 1 Ultracongelatore -150°C e n° 2 aspiratori VAS-10;

DATO ATTO che a seguito di informale indagine di mercato è stato acquisito un preventivo che, in considerazione della tipologia, complessità e peculiarità della fornitura richiesta, risponde alle esigenze dell'Amministrazione;

RITENUTO pertanto congruo, in base alle analisi dei prezzi di mercato il preventivo presentato della società Analytical Control De Mori S.R.L., in Foro Bonaparte n. 57, 20121 – Milano (Italia), C.F. – P. IVA 05908410961, che ha offerto un prezzo complessivo di euro 29.200,00 IVA esclusa, pari ad euro 35.624,00 IVA compresa, per la fornitura di n.1 Kit criogenico per biologia cellulare composto da n. 1 Ultracongelatore -150°C DW-150W209 e n. 2 aspiratori VAS-10;

VISTI:

- l'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, che prevede l'affidamento diretto di servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- l'art. 84 del Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Amministrazione, emanato con Determinazione del Presidente n. 3 di data 29 gennaio 2021;
- l'art. 26, commi 3 e 3 bis della Legge n. 488/99, così come integrato e modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 168/2004, convertito dalla Legge n. 191/2004, in merito al valore delle convenzioni Consip e verificato che non sussistono convenzioni attive relativamente al servizio oggetto della presente disposizione;

CONSIDERATO che:

- il presente affidamento rispetta il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 81 comma 4 del Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ente, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente, poiché

l'impresa Analytical Control De Mori S.R.L. non è stata affidataria del precedente affidamento relativo al presente settore merceologico.

- benché il luogo di esecuzione dell'appalto in oggetto sia la sede dell'ente, sita in territorio ubicato non lontano dai confini con altri Stati membri dell'Unione Europea, i precedenti (bandi o) avvisi pubblici preordinati all'affidamento di beni similari non hanno suscitato manifestazioni di interesse da parte di operatori ubicati in altri Stati membri e che, pertanto, detta procedura di affidamento non comporta un interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO:

- che il CIG della procedura è B2A02ADBAD;
- che il CUP della procedura è J95F21002820001;
- che il Responsabile Unico del Progetto per il presente procedimento è il sottoscritto direttore dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica, Dr. Stefano Cozzini;

DATO ATTO che la Analytical Control De Mori S.r.l. ha ritenuto di pubblicare sul proprio catalogo MePA l'offerta relativa al preventivo summenzionato;

RITENUTO:

- di procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, all'affidamento del contratto alla società Analytical Control De Mori S.R.L., nell'ambito del MePA con ordine diretto;
- di non richiedere, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto in ragione della comprovata solidità dell'operatore economico;
- di impegnare l'importo di euro 35.624,00 IVA compresa, sul capitolo 2.02.01.05.001 "Attrezzature Scientifiche", CdR 90 del bilancio 2024, cod. prog. 196 - Quantum, che presenta la necessaria disponibilità (CIG B2A02ADBAD - CUP J95F21002820001);

CONSIDERATO che le verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione saranno effettuate ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede che, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, la Stazione appaltante verifica le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

DATO ATTO che la spesa afferisce a compiti di natura istituzionale dell'Ente;

VISTO l'art. 84 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Amministrazione, emanato con Determinazione del Presidente n. 3 di data 29/01/2021;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- la disposizione del Direttore Generale di data 19 dicembre 2019, n. 90, relativa all'articolazione organizzativa dell'Ente, con la costituzione delle strutture di servizio, di ricerca scientifica e tecnologica, degli istituti e delle sezioni;

- le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di data 28 aprile 2022 n. 23, di data 30 maggio 2022 n. 42 e di data 27 gennaio 2023 n. 2 relative alla revisione dell'articolazione organizzativa dell'Ente, con l'individuazione delle aree di responsabilità delle strutture, sezioni e istituti;
- l'Ordine di Servizio n. 5 del 31 marzo 2023, che dà attuazione alla nuova articolazione organizzativa dell'Ente, provvedendo all'assegnazione delle risorse umane all'interno delle Strutture, Sezioni e Istituti;
- la disposizione del Direttore Generale di data 26 marzo 2024, n. 68, con oggetto "I Aggiornamento assegnazione dei progetti e attribuzione della relativa responsabilità di gestione delle entrate e delle spese ai direttori di struttura, sezione e istituto - bilancio di previsione 2024", che attribuisce la responsabilità di gestione delle entrate e delle spese dei Direttori dell'Ente delegati;

DISPONE

- di procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, all'affidamento del contratto alla società Analytical Control De Mori S.R.L., nell'ambito del MePA con ordine diretto;
- di dare atto che il CIG della procedura è B2A02ADBAD, il CUP è J95F21002820001;
- di impegnare, a copertura della spesa della fornitura in oggetto, l'importo di euro 35.624,00 IVA inclusa, sul capitolo 2.02.01.05.001 "Attrezzature Scientifiche", CdR 90 del bilancio 2024, cod. prog. 196 - Quantum;
- di dare atto che tale spesa afferisce a compiti di natura istituzionale dell'Ente.

Il Direttore dell'Istituto Ricerca
Per l'Innovazione
Tecnologica
Dott. Stefano Cozzini

ALLEGATI: Scheda tecnica

STEFANO COZZINI
29.07.2024
12:51:05
GMT+01:00

Specifications

Model	DW-150W209		
Technical Data	Cabinet type		Chest
	Climate class		N
	Cooling type		Direct cooling
	Defrost mode		Manual
	Refrigerant		HC
	Sound level (dB(A))		55
Performance	Cooling performance (°C)		-150
	Temperature range (°C)		-130 ~-150
Control	Controller		Microprocessor
	Display		LCD
Electrical Data	Power supply (V/Hz)		220~240/50
	Power (W)		1600
	Max power draw (W)		1750
	Electrical current (A)		10
Dimensions	Capacity (L/Cu.Ft)		209/7.4
	Net/gross weight (approx)	kg	260/295
		lbs	573.2/650.4
	Interior dimensions (W*D*H)	mm	667*462*677
		in	26.3*18.2*26.7
	Exterior dimensions (W*D*H)	mm	1650*850*1010
		in	65.7*33.5*39.8
	Packing dimensions (W*D*H)	mm	1810*940*1190
		in	71.3*37.0*46.9
	Container load (20'/40'/40'H)		6/13/13
Functions	High/Low temperature		Y
	Hot condenser		Y
	Power failure		Y
	High/Low voltage		Y
	Sensor error		Y
	Low battery		Y
	High ambient temperature		Y
	Door ajar		Y
	Start-up delay		Y
Accessories	Caster		Y
	Foot		Y
	Porthole		Y/1
	Inner doors		-/2
	USB interface		Y
	Remote alarm		Y
	5V power supply port		Y
	Temperature chart recorder		Optional
	RS485 port		Y
	LN_2 backup system		Optional
Certification	CE		Y